

第 50 回先端医療センター映像医療審査委員会

議 事 概 要

日 時：平成 28 年 6 月 2 日（木）14:30 ～ 15:15

場 所：先端医療センター 4 階 大会議室

委員長：森田 陸司

委 員：伊藤 亨、岩佐 光一郎、奥村 勝彦、寺沢 知子、中村 文恵、
山根 光量（五十音順、敬称略）

【審査事項】

議題①：『大規模な認知症臨床研究（J-ADNI）データベースを利用した認知症に対する画像バイオマーカーの確立に関する研究』
研究実施の適否と妥当性について審議した。
審議結果：承認

議題②：『常染色体優性アルツハイマー病（ADAD）に関する縦断的観察コホート研究（DIAN-J）』
研究実施責任者、分担研究者、協力者変更の適否と妥当性を審議した。
審議結果：承認

議題③：『X 線検出器 MIDSOF を用いた CT 下肺生検における患者皮膚表面被ばく線量の推定』
研究実施の適否と妥当性について審議した。
審議結果：条件付承認

1. 本研究は介入を伴うものと考えられるので、参照する倫理指針に関する記載を検討すること。
2. MIDSOF を体側面の皮膚表面に貼り付けることに伴って起こりうる有害事象を記載し説明すること。
3. MIDSOF の使用において新たな被ばくは生じないことを記載し説明すること。

【報告事項】

報告①『Flow Diverter を用いた脳動脈瘤血管内治療の予後予測における血流評価について後ろ向きに検討した臨床研究』
報告内容：迅速審査結果（研究実施の適否と妥当性）。

報告②『造影 CT 検査を施行した入院患者に対する治療食と経過時間と副作用について後ろ向きに検討した臨床研究』
報告内容：迅速審査結果（研究実施の適否と妥当性）。

報告③『ステントアシスト脳動脈瘤コイル塞栓術におけるCBCTによる被ばく低減と画質の担保を後ろ向きに検討した臨床研究』
報告内容：迅速審査結果（研究実施計画書、揭示文書変更）。

以上